indusbello
inovação para uma vida saudável

Autoclavável em até 135º C
Linha Odontológica
Produto Patenteado

Consultar Instruções de Utilização
Não Estéril
Manter Afastado da Luz do Sol
Manter Seco

Lip Expand

- Mantém a boca aberta
- Bloqueia a língua
- 2 tamanhos (M) (G)
- Facilidade no procedimento

LIP EXPAND: Fabricado em material flexível possui um exclusivo bloqueador de língua, que evita o desconforto do paciente durante o tratamento e facilita os procedimentos executados pelo profissional. Além de ser bastante eficiente, fornece a exposição da área de trabalho, sem a necessidade do uso das mãos do profissional ou de seu auxiliar, pois afasta lábios e bochechas.

INDICAÇÃO: Auxilia no afastamento dos lábios proporcionando espaço de trabalho sem a necessidade do uso das mãos do profissional ou auxiliar, facilitando a colagem de braquetes, profilaxia, fotografia, aplicação de flúor e restaurações estéticas sem que haja interferência da língua.

INSTRUÇÕES DE USO: Umedecer os lábios do paciente para facilitar o ajuste do afastador; flexionar o Lip Expand de maneira que as duas extremidades se encontrem; encaixar na boca do paciente, primeiro um lado e depois outro. O dispositivo que segura a língua do paciente deve ficar com a parte maior para baixo.

LIMPEZA: A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

DESINFECÇÃO: Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por dez minutos.

ESTERILIZAÇÃO: Deverá ser feita através de autoclave, com temperatura de 121ºC a 135ºC, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

ACONDICIONAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

COMPOSIÇÃO: Poliacetal.

PRECAUÇÃO: Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

Código	Descrição	Apresentação	Registro na ANVISA
102065100616	*Lip Expand Médio*	*1 unidade*	*I80213420022*
102065100614	*Lip Expand Grande*	*1 unidade*	

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 **+55 (43) 3378-8300**

R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná

Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397

Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645

Indústria Brasileira